

mvzlm Ruhr · Herwarthstraße 100 · 45138 Essen

An alle Einsender

Ansprechpartner: Dr. med. Hugo Stiegler
T +49 (0)201 65056 8151
F +49 (0)201 65056 8159
E-Mail: h.stiegler@contilia.de

Datum: 20.01.2020

Neues aus dem Labor**Einführung GlucoEXACT-Monovette**

Sehr geehrte Einsender,

ab sofort sollte bei den nachfolgenden Fragestellungen für die Bestimmung der **Glukosekonzentration im Plasma** gemäß aktueller Empfehlungen (u.a. S3-Leitlinie GDM) eine **GlucoEXACT-Monovette** eingesandt werden:

- **Schwangere:** Screening bzw. Diagnostik eines Gestationsdiabetes mellitus (GDM)
- **Alle Patienten:** Oraler Glukose-Toleranz-Test (oGTT)

Die GlucoEXACT-Monovette (grauer Deckel, Abbildung) erhalten Sie bei Bedarf in kleiner Stückzahl in den jeweiligen Laboren vor Ort bzw. über unsere zentrale Probenannahme.



Bitte beachten Sie, dass die GlucoEXACT-Monovette unbedingt **bis zur Füllmarkierung befüllt** und danach **mindestens 3 x über Kopf gemischt** werden muss. Nicht vollständig gefüllte Monovetten werden nicht bearbeitet, da es zu falschen Messwerten und somit zu Fehldiagnosen kommen kann.

Die Anforderung erfolgt über das ixserv-Formular Routine. Dort findet sich unterhalb von Laktat und Glukose die neue Analyse **Glukose (GlucoEXACT) GDM+oGTT**. Aus der GlucoEXACT-Monovette kann ausschließlich Glukose bestimmt werden.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. H. Stiegler